

Протокол № 6
об итогах закупки «медицинской техники» способом запроса ценовых предложений утвержденным Постановлением
Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года №1729

г.Алматы

Утверждаю:
 Главный врач
 ГКП на ПХВ ГП №6
 УОЗ г.Алматы
 Усенова А.С.



03 апреля 2019г.

1. ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №6» Управления здравоохранения г.Алматы (далее – Заказчик), расположенного по адресу: г.Алматы мкр.4, дом 3а, провела закуп аптечных растворов, способом запроса ценовых предложений согласово Правил организации и проведения закупки лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) пре-паратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования, с изменениями и дополнениями по состоянию на 08.11.2017 года (далее – ПП РК 1729)
2. Сумма выделенная для закупки медицинской техники составляет **1 300 000,00 (один миллион триста тысяч) тенге 00 тьм**
3. Для участия в поставке медицинской техники ценовые предложения представляли следующие потенциальные поставщики (Приложение 1)
 - 1) Никто не предоставил ценовых предложения

№ Лота	Наименование товара	Техническая спецификация	Ед.изм	Кол-во	Цена	Выделенная сумма
1	Провочный процессор HQ-350XT	Формат пленки: мин. 7 x 15 см., макс. 35 x 43 см; Тип пленки: листовая; Время процесса: 90/127/160 сек (заводские установки); Производительность при 90 сек. времени процесса: 24×30см - 129 снимков/час; 35×43см - 70 снимков/час; Температура проявителя: 28-37°C; Температура сушки: 51-60°C; Обнаружение снимка: микросенсор; Расход растворов: 20- 200 мл/шт или постоянно во время подачи пленки; Емкости для расходных растворов: 25 л.; Антикристаллизация: с интервалом в 4 мин.; Емкости танков проявитель/фиксаж/вода: 5,5/5,5/5,5 л.; Расход воды: 2 л /мин во время обработки пленки, 0 л/мин ждущий режим; Энергопотребление: 1,6 Квт\час во время обработки, 0,5 Квт\час в ждущем режиме; Габаритные размеры (Д/Ш/В): 86 x 58 x 52 см.; Вес (пустой/с реактивом): 35/60 кг.; Электропитание: 220-240 В; 10А; 50/60Гц; Подвод воды (диаметр, давление): 3/4", 2-10 бар; Фильтр для воды: Наличие; Стол: Наличие; Техническая документация на русском языке: наличие; Комплектация: Процессор, стол под процессор, фильтр для воды, комплект проявителя и фиксажа, инструкция на русском языке.	шт	1	1 300 000,00	1 300 000,00

4. По лоту №1 признать закуп медицинской техники не состоявшимися в связи отсутствием ценовых предложений.

Уполномоченный представитель
 заказчика и организатора, юрист



Баймбаев Х.М.