

Утверждаю:
Главный врач
ГКП на ПХВ ГП №6
2003 г. Алматы
Усенобаева А.С.



Протокол № 7
об итогах закупки «медицинской техники» способом запроса ценовых предложений согласно Правилам утвержденных Постановлением
Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года №1729

г.Алматы

04 апреля 2019г.

1. ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №6» Управления здравоохранения г.Алматы (далее – Заказчик), расположенного по адресу: г.Алматы мкр.4, дом 3а, провела закуп медицинкой техники способом запроса ценовых предложений согласно Правил организации и проведения закупы лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) пре-паратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования, с изменениями и дополнениями по состоянию на 08.11.2017 года (далее – ПП РК 1729)

2. Сумма выделенная для закупы медицинской техники составляет **1 663 290,00,00 (один миллион шестьсот шестьдесят три тысячи двести девяносто) тенге 00 тьын**

3. Для участия в поставке медицинской техники ценовые предложения представили следующие потенциальные поставщики (Приложение 1)
1) ТОО «BTL Kazakhstan» г.Алматы, ул. Досмухамедова, 89, офис 211, 3 этаж, БИН: 081040008735 (27.03.2019г. в 11:00)
2) ТОО «MediCompany» г.Алматы, ул. Найманбаева, 17, БИН: 140440031329 (28.03.2019г. в 12:50)

4. 02.04.2019г. в 11:00 часов Заказчик произвела процедуру вскрытия конвертов с ценовыми предложениями.
Потенциальными поставщиками представлены следующие ценовые предложения (Приложение 1)

№ Лота	Наименование товара	Техническая спецификация	ТОО «BTL Kazakhstan»	ТОО «MediCompany»
1	6-канальный Электрокардиограф BTL-08, вариант исполнения BTL-08 SD с аксессуарами	1 выбранное отведение; Разрешения экрана (точка): 128х64; Комбинированная буквенно-цифровая функциональная клавиатура; Индикация контакта каждого электрода; Ширина бумаги: 58 мм; Вид бумаги: рулон; Вид печати: термо; Чувствительность: 2.5, 5, 10, 20 мм/мВ; Скорость подачи бумаги: 5, 10, 25, 50 мм/с; Адаптивный сетевой фильтр: 50-60Гц; Фильтр мышечных артефактов (тремора): 25, 35 Гц; Фильтры базовой линии: 0.05 (3.2с), 0.11 (1.5с), 0.25 (0.6с), 0.50 (0.3с), 1.50 (0.1с); Возможность ЭКГ исследования с использованием отведений по Небу «ЭКГ исследование с помощью грудных отведений с правой половины грудной клетки :V3R, V4R, V5R, V6R»; Количество отображаемых отведений: 1; Печать отведений: 1,2, 3, 6; Сохраняет 6 записей ЭКГ (10-секундный интервал); Настройка всех параметров под 6 пользователей; Ручной, автоматический и пользовательский профили; Длинные записи ЭКГ; Синхронная передача в реальном времени в автоматическом режиме работы; Защита от дефибрилляции; Питание от сети или аккумулятора; Многоязычное меню - Программное обеспечение на русском языке;	831 600,00	831 645,00

Комплектация: 6-канальный электрокардиограф с графическим экраном и диагностическим модулем - 1

	шт.; электрод для конечностей AgCl - 4 шт.; грудной электрод AgCl - 6 шт.; кабель пациента для ЭКГ - 1 шт.; гель ЭКГ 300 мл - 1 шт.; ЭКГ бумага - 58мм - 1 шт.; Чехол - 1 шт.; ЭКГ бумага - 58мм - 5 шт.; Гель ЭКГ 1л - 1 шт.		
--	---	--	--

Заказчик решил:

1. По лоту №1 победителем признать ценовые предложения ТОО «ВТЛ Kazakhstan» на сумму **1 663 200,00 (один миллион шестьсот шестьдесят три тысяч двести) тенге 00 тиын** к указанным лотам.
5. Поставщику ТОО «ВТЛ Kazakhstan» в соответствии с п. 113 ПП РК 1729 предоставить в течение 10 календарных дней документы подтверждающие соответствие квалификационным требованиям.

Уполномоченный представитель
заказчика и организатора, юрист

Баймбаев Х.М.